

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
ประกวดราคาซื้อรถยนต์เอกเซอร์เคลื่อนที่ ขนาดกลาง แบบที่ ๒
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๒

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ เป็นโรงพยาบาลในสังกัดของกองทัพบก มีหน้าที่ในการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพ ให้กับทหารและประชาชนทั่วไป มีความต้องการในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์สาย ชส. เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยเจ็บที่มาใช้บริการให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยใช้เงินรายรับสถานพยาบาลเพื่อการปฏิบัติราชการของสถานพยาบาลอื่นในสังกัด ทบ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับการจัดหาครั้งนี้เป็นการจัดหารถเอกเซอร์เคลื่อนที่ ขนาดกลาง แบบที่ ๒ พร้อมอุปกรณ์แพทย์ประกอบเพิ่มเติม จำนวน ๑ คัน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในแผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ ผลผลิต การเตรียมกำลัง และการใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายใน โดยกำลังพลกองทัพบก กิจกรรมการบริการรักษาพยาบาล

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่เป็นผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดกลาง แบบที่ ๒ จำนวน ๑ คัน

- คุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย ขส. หมายเลข สป.๒๓๒๐ - T - ๖๒ - T - ๐๙๘๑ ภายในตัวรถติดตั้ง เครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพทรวงอก ระบบดิจิทัล ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ mA (Digital Chest X-ray > ๔๐๐ mA) คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. เลขที่ ๐๔๙/๕๓ หมายเลข สป. ๖๕๒๕-xx-๒๔๗-๐๖๓๕ พร้อมอุปกรณ์ประกอบชุดทางการแพทย์ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่น ๆ

๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิคตาม คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. เลขที่ ๐๔๙/๕๓

๔.๒.๑ ชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นภาพระบบดิจิทัลต้องสามารถแปลงสัญญาณภาพที่เป็นอนาล็อกให้เป็นดิจิทัล โดยมีความละเอียดไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ x ๓,๓๐๐ Pixel เพื่อคุณภาพภาพที่ดีขึ้น

๔.๒.๒ ชุดกำเนิดรังสีและชุดควบคุมการทำงาน และ หลอดเอกซเรย์ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายใน กันยายน ๒๕๖๒

๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. วงเงินในการจัดหา

๗.๑ เงินงบประมาณโครงการ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๘. ข้อกำหนดอื่นๆ

๘.๑ พิจารณาราคารวมต่ำสุด และต้องไม่เกินที่กำหนดไว้ในข้อ ๗

๘.๒ ติดตั้งจนแล้วเสร็จและผ่านการตรวจทดสอบจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถใช้งานได้
ดีที่โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์

๘.๓ มีคู่มือ แสดงชื่อ ยี่ห้อ รุ่น และรายละเอียดอื่น ๆ ของตัวเครื่องและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบเพิ่มเติม พร้อมทั้งบ่งชี้สาระสำคัญให้ตรงกันกับในแคตตาล็อก (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) อย่างชัดเจน ประกอบการใช้งานและการบำรุงรักษาอย่างละ ๑ ชุด

๘.๔ ห้องเอกซเรย์ ผนังห้องด้านข้างหุ้มด้วยตะกั่วขนาด ๑ มิลลิเมตร รอบห้องและวัสดุภายในปิดท้ายด้วยไฟเบอร์คอมโพสิต

๘.๕ ระบบกันสะเทือนหน้าและหลัง เป็นแบบแหวนทำด้วยเหล็กกล้า และใช้ค้ำพ

๘.๖ ต้องฝึกอบรมผู้ใช้อุปกรณ์ในรถให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

๘.๗ มีช่างผู้ชำนาญประจำประเทศไทยและมีอะไหล่บริการตลอดอายุการใช้งาน และสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว

๘.๘ รับประกันคุณภาพเครื่องมือทุกชิ้นส่วนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และระหว่างการประกันหากมีชิ้นส่วนใดของอุปกรณ์ประกอบตัวรถ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ประกอบเพิ่มเติมเกิดชำรุดตามปกติวิสัยของการใช้งาน บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนโดยเร็ว โดยไม่คิดค่าบริการและอะไหล่ในการบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่อง

๙. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นสามารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะวิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้ได้ที่

สถานที่ติดต่อ แผนกส่งกำลังและบริการ โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ ถนนลาดหญ้า-ป้อพลอย ตำบลลาดหญ้า

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๙๐ โทรศัพท์ ๐-๓๔๕๘-๙๒๓๓ - ๔ ต่อ ๕๑๐๙๕

เว็บไซต์ โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ www.srshos.go.th

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้เสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และพิจารณาคูณลักษณะเฉพาะพัสดุ

พันตรี

ประธานกรรมการ

(บัณฑิต ทศบุตร)

ร้อยเอก

กรรมการ

(สมจิตต์ นามปรีดา)

ร้อยตรีหญิง

กรรมการ

(มยุรี ดอกคำ)