

หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอ

หัวข้อ	คะแนน ร้อยละ	รายละเอียด	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
ราคา	๓๐%	ราคา ๓๐ คะแนน	*ราคารวมต่ำสุด	๓๐ คะแนน	
คุณภาพมาตรฐาน ข้อเทคนิคที่เป็น ประโยชน์	๗๐%	คุณลักษณะทางเทคนิคและ คุณลักษณะเฉพาะในการ ออกแบบ ๔๐ คะแนน	*การออกแบบ รูปแบบ ลักษณะที่ปรากฏของเครื่องมือ *ความสะดวกในการจับถือ การจับถนัดมือและความสะดวกในการถ่ายภาพ และวิดีโอ *การถอดประกอบเครื่องมือ *ความชัดเจนของจอภาพ แบบ LCD มีขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๕ นิ้ว มุมมองกว้าง ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ องศา (wide-view angle) *ความสะดวกในการถ่ายภาพและวิดีโอ *มุมมองภาพขณะใช้งาน *ความแข็งแรงทนทานของวัสดุ *มีระบบปรับภาพ ให้ภาพที่มีความคมชัดสูง (high-contrast) แม้ใช้ในที่สว่าง (even in bright daylight)	๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน	
		มาตรฐานการผลิตโรงงาน และความปลอดภัย ๑๙ คะแนน	*ได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันน้ำ (watertight) ระดับ IPX ๘ *สามารถล้างและทำการฆ่าเชื้อแบบ Steris Sterrad และ แบบ high level dis *การทดลองใช้งานในภาพรวม *มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ *มาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕	๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน ๒ คะแนน ๒ คะแนน	
		การรับประกันเครื่องและ อุปกรณ์ประกอบ และ บริการหลังการขาย ๑๑ คะแนน	*มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ CE *รับประกันเครื่อง ๑ ปี หรือมากกว่า *ดูแลบำรุงรักษาทุก ๔ เดือน/ครั้ง ในระยะประกัน	๑ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน	
รวมทั้งหมด	๑๐๐%			๑๐๐ คะแนน	