

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 263/44 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-256-4086
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาตรวจหาโคเร็กบิลิรูบิน ด้วยวิธี diazotized sulphanilic acid
(Direct bilirubin by diazotized sulphanilic acid method)
หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.1.1 เป็นน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ direct bilirubin ในสิ่งส่งตรวจ ด้วยวิธี diazotized sulphanilic acid

1.1.2 มีส่วนประกอบของ

1.1.2.1 Sodium nitrite 0.5 mmol/L

1.1.2.2 Sulphanilic acid 30.0 mmol/L

1.1.2.3 Hydrochloric acid 0.3 mmol/L

1.1.3 ขนาดบรรจุจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

1.2.1 ใช้ตรวจหา direct bilirubin ด้วยวิธี diazotized sulphanilic acid

1.2.2 สามารถวัด direct bilirubin ได้สูงสุด 15 mg/dl

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค -

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับในวันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

.....

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. พร้อมพงษ์ พิระบูล ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(พร้อมพงษ์ พิระบูล)

(ลงชื่อ) พ.อ. อำนาจ ธรรมจินดา ประจำ พบ./กรรมการ
(อำนาจ ธรรมจินดา)

(ลงชื่อ) พ.ท. พรชัย ฤกษ์เกษม ประจำแผนก สปจ.กสน.วพม./กรรมการ
(พรชัย ฤกษ์เกษม)

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อनुมติให้ใช้ตาม
อนุมติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/ 139 ลง 5 มี.ค.44

...2...../...มี.ค...../...44.....