คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 264/44 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-256-4087

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาตรวจหาโทเทิลบิลิรูบิน ด้วยวิธี diazotized sulphanilic acid (Total bilirubin by diazotized sulphanilic acid method)

หน่วยนับ ขวด

---

1. **<u>คุณลักษณะเฉพาะ</u>**

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.1.1 เป็นชุดน้ำยาสำหรับตรวจหาปริมาณ total bilirubin ในสิ่งส่งตรวจด้วยวิธี diazotized sulphanilic acid

1.1.2 มีส่วนประกอบของ

1.1.2.1 Sodium nitrite	2.5	mmol/L
1.1.2.2 Sulphanilic acid	10	mmol/L
1.1.2.3 Hydrochloric acid	0.72	mmol/L

1.1.3 ขนาดบรรจุจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ตรวจหา total bilirubin ในสิ่งส่งตรวจ

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค สามารถวิเคราะห์หาค่า total bilirubin ได้สูง 30 mg/dl

2. **<u>การบรรจุและหีบห่อ</u>** บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

3. **<u>ข้อกำหนดอื่นๆ</u>** มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับในวันส่งมอบ

4. **<u>วิธีการตรวจสอบ</u>** ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาลอก และทดลองใช้งาน

…….

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. พร้อมพงษ์ พีระบูล ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(พร้อมพงษ์ พีระบูล)

(ลงชื่อ) พ.อ. อำนาจ ธรรมจินดา ประจำ พบ./กรรมการ
(อำนาจ ธรรมจินดา)

(ลงชื่อ) พ.ท. พรชัย ฤกษ์เกษม ประจำแผนก ผปจ.กสน.วพม./กรรมการ
(พรชัย ฤกษ์เกษม)

…2…../…มี.ค…../…44……

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้ตาม
อนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กห 0446.13/ 139 ลง 5 มี.ค.44