

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 092/45(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-256-4454
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดน้ำยาตรวจหาโทเทิลโปรตีนด้วยวิธี Biuret
(Total Protein Reagent Kit , Biuret)
หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.1.1 เป็นน้ำยาตรวจหาปริมาณโทเทิลโปรตีน ในซีรัม และพลาสมา โดยวิธี Biuret

1.1.2 มีลักษณะเป็นสารละลายสามารถใช้งานได้ทันที ประกอบด้วย

1.1.2.1 Alkaline reagent

1.1.2.2 Biuret reagent

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

1.2.1 ใช้ในการตรวจหาปริมาณโทเทิลโปรตีน ในซีรัม และพลาสมา

1.2.2 สามารถใช้กับเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ COBAS Integra ที่หน่วยงาน
มีใช้อยู่

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค เมื่อเปิดใช้งานแล้วมีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ ที่อุณหภูมิ 8 °C

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีฉลากระบุชื่อชุดน้ำยา , Lot No. และวันที่หมดอายุทุกชุดน้ำยา

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับในวันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.สาคร คงมั่น

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(สาคร คงมั่น)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.อ.หญิงสายจิตต์ วงศ์ใหญ่

ผช.ผอ.กองพยาธิวิทยา รพ.ร.ร.6/กรรมการ

(สายจิตต์ วงศ์ใหญ่)

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อनुมติให้ใช้ตาม
อนุมติ ผบ.ทบ. ที่ขบ.ทบ.ที่ ๑ กบ.ทบ. ที่
ต่อ กท 0446.13/740 ลง 12 ธ.ค.44

.....12...../.....ธ.ค...../.....44.....