

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 099/45(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-256-4461
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดน้ำยาตรวจหายูเรีย หรือยูเรียไนโตรเจนด้วยวิธี Kinetic
(Urea/BUN Reagent Kit , Kinetic)
หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.1.1 เป็นน้ำยาตรวจหาปริมาณยูเรีย หรือยูเรียไนโตรเจนในซีรัม , พลาสมา และปัสสาวะ โดยวิธี kinetic test with urease and glutamate dehydrogenase

1.1.2 ประกอบด้วย ส่วนประกอบหลักคือ urease และ glutamate dehydrogenase

1.1.3 มีลักษณะเป็นสารละลายสามารถใช้งานได้ทันที

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

1.2.1 ใช้ในการตรวจหาปริมาณยูเรีย หรือยูเรียไนโตรเจนในซีรัม , พลาสมา และปัสสาวะ

1.2.2 สามารถใช้กับเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ COBAS Integra ที่หน่วยงานมีใช้อยู่

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค เมื่อเปิดใช้งานแล้วมีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ที่อุณหภูมิ 8 °C

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีฉลากระบุชื่อชุดน้ำยา , Lot No. และวันที่หมดอายุทุกชุดน้ำยา

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับในวันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.สาคร คงมั่น

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(สาคร คงมั่น)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.อ.หญิงสายจิตต์ วงศ์ใหญ่

ผช.ผอ.กองพยาธิวิทยา รพ.ร.ร.6/กรรมการ

(สายจิตต์ วงศ์ใหญ่)

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อันุมัติให้ใช้ตาม
อนุมัติ ผบ.ทบ. ท้ายบันทึก ๑ กบ.ทบ. ที่
ต่อ กท 0446.13/740 ลง 12 ธ.ค.44

....12...../.....ธ.ค...../....44.....