

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 101/45(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-256-4463  
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดน้ำยาตรวจหาแมกนีเซียมด้วยวิธี Colorimetric  
( Magnesium Reagent Kit , Colorimetric )  
หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

- 1.1.1 เป็นน้ำยาตรวจหาปริมาณแมกนีเซียมในซีรัม , พลาสมา และปัสสาวะ โดยวิธี Colorimetric
- 1.1.2 มีลักษณะเป็นสารละลายสามารถใช้งานได้ทันที ประกอบด้วย
  - 1.1.2.1 Chlorophosphonazo III
  - 1.1.2.2 EDTA

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

- 1.2.1 ใช้ในการตรวจหาปริมาณแมกนีเซียมในซีรัม , พลาสมา และปัสสาวะ
- 1.2.2 สามารถใช้กับเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ COBAS Integra ที่หน่วยงานมีใช้อยู่

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค เมื่อเปิดใช้งานแล้วมีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ ที่อุณหภูมิ 8° C

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 มีฉลากระบุชื่อชุดน้ำยา , Lot No. และวันที่หมดอายุทุกชุดน้ำยา
- 3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับในวันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.สาคร คงมั่น (สาคร คงมั่น)	ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ (ปรีชา อนันตะ)	ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิงสายจิตต์ วงศ์ใหญ่ (สายจิตต์ วงศ์ใหญ่)	ผช.ผอ.กองพยาธิวิทยา รพ.ร.ร.6/กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อनुมติให้ใช้ตาม  
อนุมติ ผบ.ทบ. ที่ขบ.ทบ.ที่ ๑ กบ.ทบ. ที่  
ต่อ กท 0446.13/740 ลง 12 ธ.ค.44

.....12...../...ธ.ค...../.....44.....