

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 103/45(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-256-4465  
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดน้ำยาตรวจหากรดโคสด้วยวิธี Enzymatic  
( Glucose Reagent Kit , Enzymatic )  
หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.1.1 เป็นน้ำยาตรวจหาปริมาณกรดโคสในซีรัม , พลาสมา , ปัสสาวะ และน้ำไขสันหลัง โดยวิธี Enzymatic

1.1.2 เป็น mono reagent โดยมี enzyme hexokinase (HK) เป็นส่วนประกอบหลัก

1.1.3 มีลักษณะเป็นสารละลายสามารถใช้งานได้ทันที

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

1.2.1 ใช้ในการตรวจหาปริมาณกรดโคสในซีรัม , พลาสมา , ปัสสาวะ และน้ำไขสันหลัง

1.2.2 สามารถใช้กับเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ COBAS Integra ที่หน่วยงานมีใช้อยู่

2. คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค เมื่อเปิดใช้งานแล้วมีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ที่อุณหภูมิ 8 °C

3. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

4. ข้อกำหนดอื่นๆ

4.1 มีฉลากระบุชื่อชุดน้ำยา , Lot No. และวันที่หมดอายุทุกชุดน้ำยา

4.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับในวันส่งมอบ

5. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

( ลงชื่อ ) พ.อ.สาคร คงมั่น

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

( สาคร คงมั่น )

( ลงชื่อ ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

( ปรีชา อนันตะ )

( ลงชื่อ ) พ.อ.หญิงสายจิตต์ วงศ์ใหญ่

ผช.ผอ.กองพยาธิวิทยา รพ.ร.ร.6/กรรมการ

( สายจิตต์ วงศ์ใหญ่ )

.....12...../.....ธ.ค...../....44.....

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้ตาม  
อนุมัติ ผบ.ทบ. ที่ฯบนที่ก ๑ กบ.ทบ. ที่  
ต่อ กท 0446.13/740 ลง 12 ธ.ค.44