

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 074/47 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6810-XX-256-5275

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาตรวจหาแคลเซียมในเลือดหรือปัสสาวะ
(Calcium Reagent)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

1.1.1 เป็นน้ำยาตรวจหาแคลเซียม (Calcium) ในเลือดหรือปัสสาวะ

1.1.2 ใช้กับเครื่องตรวจสารเคมีและอิเล็กโตรไลต์ ที่หน่วยมีใช้อยู่

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 การ калиเบรชัน (Calibration) แต่ละครั้งอยู่ได้ไม่น้อยกว่า 24 วัน

1.2.2 มีความคงทนของน้ำยาเมื่อใช้งานอยู่ในเครื่องไม่น้อยกว่า 60 วัน

1.2.3 สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ในช่วง 0-15.5 mg / dl

1.2.4 ตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี Arsenazo Method โดยวัดปฏิกิริยา Endpoint ที่ความยาวคลื่น 650 และ 700 นาโนเมตร

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 ประกอบด้วย Arsenazo III

1.3.2 ความเข้มข้นและขนาดบรรจุจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีเอกสารกำกับระบุรายละเอียดของน้ำยา วิธีการใช้ วิธีการเก็บรักษา ชื่อชุดน้ำยาและวันหมดอายุ

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ)พ.อ. สาคร คงมั่น ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(สาคร คงมั่น)

(ลงชื่อ)พ.อ. ปรีชา อนันตะ ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ)พ.อ.หญิง สายจิตต์ วงศ์ใหญ่ ผู้ชำนาญการเฉพาะสาขา พบ./กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(สายจิตต์ วงศ์ใหญ่)

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/139 ลง 25 ก.พ.47

...25...../....ก.พ..../....47.....