

ผนวก ๑.

ตารางการให้คะแนนการเสนอราคา

ชุดกล้องส่องตรวจรักษาลำไส้ใหญ่ระบบวีดิทัศน์ ชนิดความละเอียดสูง (Colono Videoscope) และ ชุดกล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารระบบวีดิทัศน์ ชนิดความละเอียดสูง (Gastro Videoscope)

ลำดับที่	รายการการให้คะแนน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
๑	เกณฑ์ราคา	๔๐		
๒	เกณฑ์คุณภาพ	๖๐		

เกณฑ์คุณภาพแบ่งเป็นคะแนนย่อยดังนี้

๒.๒ การบริการหลังการขาย จำนวน ๒๐ คะแนน

๒.๒.๑ ระยะเวลาการรับประกันสินค้า ของชุดกล้องส่องตรวจรักษาลำไส้ใหญ่ระบบวีดิทัศน์ ชนิดความละเอียดสูง (Colono Videoscope) และ ชุดกล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารระบบวีดิทัศน์ ชนิดความละเอียดสูง (Gastro Videoscope)

ลำดับที่	รายการการให้คะแนน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
๑	- รับประกันมากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ปี	๕		
๒	- รับประกันมากกว่าหรือเท่ากับ ๒ ปี	๑๐		
๓	- รับประกันมากกว่าหรือเท่ากับ ๓ ปี	๒๐		
<u>รวมคะแนน</u>				

๒.๓ ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ จำนวน ๔๐ คะแนน

๒.๓.๑ มุมมองภาพ ของชุดกล้องส่องตรวจรักษาลำไส้ใหญ่ระบบวีดิทัศน์ ชนิดความละเอียดสูง (Colono Videoscope)

ลำดับที่	รายการการให้คะแนน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
๑	- ๑๔๐ - ๑๔๙ องศา	๒.๕		
๒	- ๑๕๐ - ๑๕๙ องศา	๕		
๓	- ๑๖๐ - ๑๖๙ องศา	๗.๕		
๔	- มากกว่าหรือเท่ากับ ๑๗๐ องศา	๑๐		
<u>รวมคะแนน</u>				

๒.๓.๒ ความยาวรวม ของชุดกล้องส่องตรวจรักษาลำไส้ใหญ่ระบบวีดิทัศน์ ชนิดความละเอียดสูง

(Colono Videoscope)

ลำดับที่	รายการการให้คะแนน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
	- ๑,๖๕๕ - ๑,๗๐๐ มม.	๑		
	- ๑,๗๐๑ - ๑,๘๐๐ มม.	๒		
	- ๑,๘๐๑ - ๑,๙๐๐ มม.	๓		
	- ๑,๙๐๑ - ๒,๐๐๐ มม.	๔		
	- มากกว่า ๒,๐๐๐ มม.	๕		
<u>รวมคะแนน</u>				

